


FICHE TECHNIQUE

Auto-test de détection COVID-19 unitaire X 1



Auto prélèvement
par le nez avec testeur



Résultat en 15min



Fiabilité 95%

Auto-test antigénique rapide sur prélèvement nasal conçu pour aider le dépistage des infections par le SARS-CoV-2 chez les personnes asymptomatiques et non contact à risque dans le cadre d'une utilisation restreinte à la sphère privée. Vise à déterminer une infection en cours par le virus responsable de la COVID-19.

Désignation commerciale	Auto-test de détection GLINE-2019-nCov Ag x1
Provenance	Chine
Fabricant	Shenzhen YHLO Biotech Co
Code SAP	STE_0027
Code EAN	6925912711681
Durée de validité	18 mois
Usage	Usage personnel ou professionnel. Gène cible "N". Notice et packaging Français
Normes	Certificat CE / ISO 13485:2016 / ISO 23640:2015 / ISO 15 223-1:2019 / EN 13641: 2002 ISO 20916:2019 / ISO 14971:2012 / EN 13612:2002/AC:2002 / ISO 23640:2015.
Conditions de stockage	Protéger de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil. Limite de température (2-30°C)
Conditionnement	Boîte de test unitaire (1 fiole, 1 testeur, 1 coton) - 120*60*17,5mm - 23gr. Carton de 864 boîtes - 745*490*395mm pour 22kg Existe également en boîte de 5 auto-tests
Référencement H.A.S / ANMS	https://covid-19.sante.gouv.fr/tests#69b85356-2b05-4cf8-978b-5733140a96c6